Nettoyeur à Ultra-sons avec chauffage 3L

Réf.N° : 46 705 25C

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi nettoyeur à Ultra-sons avec chauffage distribué par la société COMED et nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction. Vous pouvez dans tous les cas nous rejoindre pour de plus amples informations à notre adresse ci-dessous ou nous écrire par e-mail à info@comed.fr

Sommaire :

I. Présentation
II. Conditions de travail
III. Utilisation
IV. Spécifications
V. Références pour le liquide de nettoyage
VI. Précautions d'emploi
VII. Garantie et norme

I. Présentation

Cette machine est habituellement utilisée pour le nettoyage des instruments médicaux, mais elle peut également servir dans notre utilisation quotidienne.
pour nettoyer des lunettes, des bijoux, de l'or, de l'argent, des pièces métalliques, etc.

II. Conditions de travail

1. Alimentation et puissance : AC220 ± 10V/50-60H
2. Niveau de la solution de nettoyage : 2/3 de la cuve

III. Utilisation

1 . Mettre les instruments médicaux, ou tout autre objet à nettoyer dans le panier, remplir la cuve avec de l'eau. Ne jamais remplir le niveau à moins de 2/3 de la capacité de la cuve. Vous pouvez ajouter un peu de liquide nettoyant dans le but d'augmenter la propreté, mais ne jamais utiliser de liquide vitriol ou alcalin comme liquide de nettoyage.
2. Brancher l'alimentation et allumer à l'aide du bouton POWER, régler le temps à gauche, régler également la température à droite, elle doit être au moins supérieure à la température de la pièce+ 5°C.
Le bouton ▲ permet d'augmenter la température et le bouton ▼ permet de la diminuer.
La température est généralement comprise entre 30 et 60°C et le temps de nettoyage varie de 3à 30 minutes, mais vous pouvez bien sur prolonger le temps de nettoyage que selon vos besoins. Il est conseiller de régler la température en dessous de 60°C.

Appuyer sur le bouton "on/off", la machine commence le cycle de nettoyage , un son se fera entendre, si l'on appui à nouveau sur la touche "On / off", la machine arrête son cycle.

Noter qu'il y a deux lampes de signalisation entre les deux écrans numériques, généralement si la lampe rouge s'allume, cela signifie que le chauffage fonctionne, si le voyant vert s'allume, cela signifie que le cycle est en cours.

IV. Spécifications

1.Dimensions intérieur de la cuve : 240 × 140 × 100mm
2.Capacité: 3L
3.Fréquence ultrasons: 40KHz
4. Puissance: 120W
5.Puissance de la chaleur : 150W
6.Minuterie :1-99 minutes
7.Gamme de température: jusqu'à 80 °C
8. Affichage:



V. Références pour le liquide de nettoyage :

Choisir la concentration de nettoyage adapté afin d'obtenir le meilleur nettoyage.

Articles à nettoyer	Concentration de la solution de nettoyage
Pièces du mécanisme	5-10%
Pièces métalliques	
Déchets métalliques	
Oxydes métalliques	
Rouille	
Chaîne de montre	
Matériaux poli	
Composants électriques	
Carte de circuit imprimé	
Instruments optiques	
Verres optiques	
Matériaux magnétiques	
Or et argent	
Bijoux	
Platine	

VI. Précautions d'emploi :

1. Lire la notice avant d'utiliser la machine.
2. Brancher sur le secteur .
3. Utiliser uniquement de l'eau ou de l'eau additionnée de liquide nettoyant pour remplir la cuve.
4. Ne pas mettre l'objet directement dans le réservoir pour le nettoyer mais dans le panier.
5. Mettre l'appareil hors tension et le débrancher lors de l'ajout de détergent ou d'eau.
6. Afin d'éviter tout risque, ne pas utiliser de solution corrosive ou inflammable en tant que liquide de nettoyage
7. Il est conseiller de régler la température en dessous de 60°C
8. Le niveau d'eau doit se situer entre ½ et 2/3 de la cuve.
9. Ne pas faire fonctionner la machine s'il n'y a pas d'eau ou de liquide de nettoyage dans le réservoir.
10. Ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement.
11. Garder le bac propre et sec lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période.

VII Garantie et normes :

Cet appareil est conforme aux normes européenne sur les Dispositifs Médicaux

Assurance Qualité de COMED distributeur/importateur :

ISO 9001 : 2008
EN 13485 : 2004

GARANTIE

Cet appareil de mesure est garanti un an , sans les usures et un usage contre nature , soit par une réparation , soit par échange standard du même modèle , l'appareil garanti devenant la propriété de COMED et ne sera pas retourné.

Veuillez nous retourner , soit par courrier ou fax , le bon ci-dessous dans les 15 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de la garantie. Joindre copie de la facture d'achat de l'appareil

BON DE GARANTIE A RETOURNER CHEZ COMED

Nom :
Adresse :

Cachet du client **et date**

Sté. COMED , Parc des forges , 8 Rue Louise Michel 67200 STRASBOURG -FRANCE ,
Tél. : 03 88 77 13 00 , Fax : 03 88 77 00 70 Site : www.comed.fr
E-mail : info@comed.fr